14.5x21cm

Anleitung für den medizinischen Betthilfegriff

Eine allgemeine warnung

Vor dem Zusammenbau oder der Benutzung bitte diese Anleitungen und Sicherheitshinweise ganz lesen. Fehlerhafte Montage oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann das Produkt zerstören oder zu Verletzungen führen.

Warnung

- Überprüfen sie den festen Sitz aller installierten Teile (z. B. Ösen, Schrauben und Zubehör).
- Bitte prüfen Sie das Produkt auf defekte Squelemente (Brüche. Risse oder kratzer. Benutzen se das Produkt nicht; wenn es Anzeichen für einen Schaden gibt.
- Überprüfen Sie vor der Benutzung die Dockstiffe und andere Sie sicher. dass diese vollständig eingerastet sind. Die Stifte sind angerastet. wenn sie vollständig durch die Löcher in der Halterung ragen und ein hörbares Klicken zu hören ist.
- Die maximale Benutzerkapazität darf nicht mehr als 150 kg betragen.
- Zustände wie Ursuha, Delirium, Verwirrung, Schwindel, Hypoxie oder das Bedürfnis, ins Bad zu gehen, können dazu führen, dass ein Bettgitterhersteller passiert. Aber. um. zwischen oder unter dem Bettgitter zu rutschen, ist sehr gefährlich. Es kann zum Tod oder zu lebensbedrohlichen führen kann. Die Benutzer des Bettgitters sollte überwacht werden, um sicherzustellen, dass solche Handlungen nicht vorkommen; und um bei Bedarf Hilfe zu leisten.
- Diese Gitter darf nicht als Fessel dienen. Der Einsatz von Stricken als Leine kann die Sicherheit der Patienten gefährden.
- Nicht bei Menschen mit Epilepsie oder anderen Problemen, die zu Bewegungsstörungen führen, benutzen.
- Benutzen sie das Produkt nicht für einen anderen als den gewünschten Zweck.
- Die U.S. Consumer Product Safety Commission warnt dass: Babys zum Schlafen in das Bett von Erwachsenen zu legen. Legen Sie Säuglinge nicht in Betten mit Bettgittern. Einsatzen Sie Kindern nicht, auf oder um das Bettgitter herum zu spielen. Dieses Bettgitter dürfen nicht dazu verwendet werden, Kinder von dem Hinaufsteigen aus dem Bett zu bewahren. Wenn der Abstand zwischen Bettgitter und Stuff mehr als 5 cm beträgt, muss das Bettgitter so eingestellt werden, dass es bündig mit dem Stuff abschließt. Wenn diese Anliegen nicht beachtet werden, sollten Sie unbedingt die Vorkrme auf Gefahren von Bettgittern entziehen.

Normen

Das Produkt wiegt 2,60 kg
Maximale Nutzergewicht :150 kg

Größe: 70 cm(W)x32 cm (D) 80-105 cm (H)
Höhe Schaumstoffgriff zum Unterbett-Tragrahmen: 52 cm -60 cm
Höhe Unterbettgestell bis Boden 28 cm - 50 cm

Inhalt

2 x Ständer **2 x Standfüsse** **1 x Handgriff** **1 x Unterbettgestell** **1 x Querstange** **1 x Sicherheitsgurt** **1 x Netzbeutel** **2 x Clips**

Ich stelle anweisungen zusammen



1 **Verbinden sie die Querstange mit den beiden Füssen an beiden Stellen.**

2 **Befestigen Sie den Unterbettstützrahmen.**

3 **Drücken Sie die Druckstifte an den Beinen ein und setzen Sie die Beine in die unteren Füssen ein. Sie sollten ein hörbares Klicken hören, wenn die Beine gesichert sind.**

4 **Drücken Sie die Druckstiftem Handgriff und setzen ihn oberen ein. Sie sollten ein hörbares Klicken hören, sobald der Handgriff gesichert sind.**

WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Druckstifte vollständig eingerastet sind und ob die Beine nivelliert sind und fest auf dem Boden stehen.

Installation und Höheneinstellung:

Legen Sie den Betthilfegriff zwischen Ihre Matratze und den Bettrahmen(das Boxspringbett. (Möglicherweise müssen Sie Ihre Matratze während der Installation entfernen). Stellen Sie den Handgriff und die Beine auf eine bequeme Höhe ein. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt stabil steht und beide Beine auf dem Boden nivelliert sind, bevor Sie es benutzen.

Letzter Schritt: Nebenwirkungen. Finden Sie den Stützrahmen und befestigen Sie das andere Ende am Bettrahmen. Ziehen Sie den Sicherheitsgurt fest an.

Instructions pour la poignée d'aide au lit médical

Un avertissement général

Avant l'assemblage ou l'utilisation, veuillez lire attentivement ces instructions et consignes de sécurité. Un montage incorrect ou le non-respect des instructions de sécurité peuvent détruire le produit ou entraîner des blessures.

Avertissement

- Vérifiez le serrage de toutes les pièces installées (par exemple les boulons, les chamières et les accessoires).
- Veuillez vérifier le produit pour détecter des composants défectueux, des cassures, des fissures ou des rayures. Ne utilisez pas le produit s'il présente des signes de dommages.
- Avant utilisation, vérifiez les punaises et assurez-vous qu'elles sont complètement engagées. Les broches sont engagées lorsqu'elles s'étendent complètement à travers les trous du support et qu'un clic auditif se fait entendre.
- La capacité maximale de l'utilisateur ne doit pas dépasser 150 kg.
- Des conditions telles que l'agitation, le délire, la confusion, le vertige, l'hypoxie ou le besoin de se baigner peuvent conduire à un accident lorsque quelqu'un tente de se lever de ginger par-dessus, autour, entre ou à travers des barres ou pire dessous le pied de lit. entraînant la mort ou une blessure pouvant causer des blessures. L'utilisateur de la barrière de lit doit être surveillé pour s'assurer que de telles actions ne se produisent pas et pour fournir une assistance si nécessaire.
- Cette grille ne doit pas servir de retenue. Utiliser des cordes comme laisses peut mettre en danger la sécurité des patients.
- Ne pas utiliser sur les personnes souffrant d'épilepsie ou d'autres problèmes provoquant des troubles du mouvement.
- Ne utilisez pas le produit à des fins autres que celles prévues.
- Les États-Unis La Commission de sécurité des produits de consommation met en garde contre le fait de coucher les bébés dans des lits d'adultes. Ne placez pas les nourrissons dans des lits doits du barrières de lit. Ne laissez pas les enfants jouer sur ou autour de la barrière de lit. Ces barrières de lit ne doivent pas être utilisées pour empêcher les enfants de tomber du lit. Si la distance entre la barrière de lit et le tissu est supérieure à 5 cm, la barrière de lit doit être ajustée de manière à ce qu'elle affleure le tissu. Si cet article not adapté pour quelqu'un, assurez-vous d'éliminer les avantages et les dangers des barrières de lit.

Normes

Le produit pèse 2,60 kg
Poids maximum de l'utilisateur : 150 kg

Taille: 70 cm (L) x 32 cm (P) 80-105 cm (H)
Hauteur de la poignée en mousse jusqu'au cadre de support sous le lit : 52 cm -60 cm
Hauteur du cadre de lit au sol 28 cm - 50 cm

Contenu

2 x Rester **2 x pieds** **1 x Poignée** **1 x Cadre sous le lit** **1 x barre transversale** **1 x Ceinture de sécurité** **1 x Sac en filet** **2 x Extraits**

Je prépare les instructions



1 **Connecte la barre transversale aux deux poteaux des deux côtés.**

2 **Fixez le cadre de support sous le lit.**

3 **Appuyez sur les punaises sur les pieds et insérez les pieds dans les poteaux inférieurs. Vous devriez entendre un clic auditif une fois les pieds fixés.**

4 **Appuyez sur les punaises de la poignée et insérez-la dans le haut. Vous devriez entendre un clic auditif une fois la poignée sécurisée.**

IMPORTANT : Vérifiez périodiquement que toutes les punaises sont complètement engagées et que les pieds sont de niveau et fermement posés sur le sol.

Installation et réglage en hauteur :

Placez la poignée du support de lit entre votre matelas et le cadre de lit/sommier. (Vous devrez peut-être retirer votre matelas lors de l'installation). Ajustez la poignée et les pieds à une hauteur confortable. Assurez-vous que le produit est stable et que les deux pieds sont de niveau sur le sol avant de l'utiliser.

Dernière étape : Ajustez et sécurisez. Enfilez la ceinture de sécurité du dossier le support du cadre de support et fixez l'autre extrémité au cadre de lit. Serrez bien la ceinture de sécurité.



Pokyny k rukojeti lékařského lůžka

Obecné varování

Před montáží nebo použitím si pozorně přečtěte tento návod a bezpečnostní pokyny. Nesprávná montáž nebo nedodržení bezpečnostních pokynů může zničit produkt nebo vést ke zranění.

varování

- Zkontrolujte dotažení všech nainstalovaných dílů (např. šroubů, pantů a příslušenství).
- Zkontrolujte prosím, zda výrobek nemá vadné součásti, (ženy. prasklíny nebo škrábance. Výrobek nepoužívejte, ak vykazuje známky poškodenia.
- Před použitím zkontrolujte tlačné kolíky a ujistěte se, že jsou plně zajištěny. Čepy jsou v zátěhu, když zcela vyčnívají skrz otvory v držáku a je slyšet slyšitelné cvaknutí.
- Maximální nosnost uživatele nesmí přesáhnout 150 kg.
- Stavy, jako je nekliď, delirium, zmatenost, bolest, hypoxie nebo potřeba jít na záchod, mohou způsobit, že se uživatel zábrany pokládá pokud zklidňují, kolem, mezi nebo dále nižší nebo přes stupínky, což může vést ke nálezům smrt nebo zranění může způsobit zranění. Uživatel zábrany postele by měl být sledován, aby ne zajistila, že k takovým akcím nedojde, a v případě potřeby mu poskytne pomoc.
- Tato tříčka není určitý jako zábrana. Použití ten jako vodítek může ohrozit bezpečnost pacienta.
- Nepoužívejte u lidí s epilepsií nebo jiným problémem, které způsobují poruchy hybnosti.
- Nepoužívejte výrobek k jinému účelu, než ten kterému je určen.
- USA Komise pro bezpečnost spotřebitelských výrobků varuje před uspavováním dětí do postelí dospělých. Neumisťujte kojence do postelí s vrátky. Nedovolte dětem, aby si hrály na zábradlí postele nebo okolo nej. Tento zábrany na posteli by nemělo být používány, aby se zabránilo pádu dětí z postele. Ak je vzdálenosť medzi zábradlím postele a látkou vačšia ako 5 cm, zábradlie sa musí nastaviť tak, aby bolo v jednej rovine s látkou. Pokud tento předmět kupujete pro někoho, nezapomeňte mu vysvětlit výhody a nebezpečí zábran na posteli.

Normy

Výrobek váží 2,60 kg
Maximální hmotnost uživatele: 150 kg

Rozměr: 70 cm (Š) x 32 cm (H) 80-105 cm (V)
Výška pěnové rukojeti k nosnému rámu postele: 52 cm -60 cm
Výška od rámu pod postelí k podlaze 28 cm - 50 cm

Obsah



2 x Stánek **2 x nohy** **1 x Zachytit s** **1 x Rám pod postel** **1 x břevno** **1 x bezpečnostní pás** **1 x Síťovaná taška** **2 x Klipy**

Dávám dohromady návod



1 **Připojte příčku ke dvěma stojanům na obou stranách.**

2 **Připevněte nosný rám pod postel.**

3 **Zatlačte přítlačné kolíky na nohách a vložte nohy do spodních otvorů. Zakončte jsou nohy zajištěny, měli byste slyšet slyšitelné cvaknutí.**

4 **Stiskněte tlačné kolíky na rukojeti a vložte je do horní části. Zakončte je rukojeť zajištěno, měli byste slyšet cvaknutí.**

DŮLEŽITÉ: Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny tlačné kolíky plně zajištěny a zda jsou nohy vodorovně a pevně na podlaze.

Instalace a nastavení výšky:

Umístěte opěnnou rukojeť postele mezi vaši matraci a rám postele / taštičkovou pružinu. (Během instalace budete možná muset sundat matraci). Nastavte rukojeť a nohy do pohodlnej výšky. Před použitím se ujistěte, že je výrobek stabilní a obě nohy jsou vodorovně na podlaze.

Poslední krok: Přidejte dřevený sáček. Protáhněte bezpečnostní pás dříždám na nosném rámu a druhý konec připevněte k rámu postele. Bezpečně utáhněte bezpečnostní pás.



Pokyny k rukoväti lekárskeho lôžka

Všeobecné varovanie

Pred montážou alebo použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny a bezpečnostné pokyny. Nesprávna montáž alebo nedodržanie bezpečnostných pokynov môže zničiť výrobok alebo viesť k zraneniam.

Varovanie

- Skontrolujte dotiahnutie všetkých nainstalovaných dielov (napríklad skrutiek, pántov a príslušenstva).
- Skontrolujte, či výrobok nemá chybné komponenty, zlomy, praskliny alebo škrabance. Výrobok nepoužívajte, ak vykazuje známky poškodenia.
- Pred použitím skontrolujte tlačné kolíky a uistite sa, že sú úplne zasunuté. Čapy sú zasunuté, keď úplne vyčnievajú cez otvory v držiaku a je počuť počuteľné cvaknutie.
- Maximálna nosnosť používateľa nesmie presahovať 150 kg.
- Stavy, ako je nepokoj, delírium, zmätenosť, bolesť, hypoxia alebo potreba ísť na toaletu, môžu spôsobiť, že používateľ zábradla postele sa pokúša prekonať, okolo, medzi alebo cez miešla alebo dokonca pod nohami postele, čo môže spôsobiť smrteľné zranenia. Používateľ zábradla postele by mal byť monitorovaný, aby sa zabezpečilo, že k takýmto činnostiam nedôjde, a v prípade potreby mu poskytne pomoc.
- Táto mriežka nesmie slúžiť ako zábrana. Používanie ako vodítok môže ohroziť bezpečnosť pacienta.
- Nepoužívať u ľudí s epilepsiou alebo iným problémom, ktorý spôsobuje poruchy hybnosti.
- Nepoužívajte výrobok na iný účel, než na ktorý je určený.
- USA Komisia pre bezpečnosť spotrebných výrobkov varuje pred uspávaním detí v posteliach dospelých. Neumiestňujte dojčiatko do postieľok s vrátkami. Nedovoľte deťom, aby si hrali na zábradlí postele alebo okolo nej. Tento zábrany na posteľ by sa nemali používať, aby sa zabránilo pádu detí z postele. Ak je vzdialenosť medzi zábradlím postele a látkou väčšia ako 5 cm, zábradlie sa musí nastaviť tak, aby bolo v jednej rovine s látkou. Ak ste tento predmet kupovali pre niekoho, nezabudnite vysvetliť výhody a nebezpečenstvá zábran na posteľ.

Normy

Výrobok váži 2,60 kg
Maximálna hmotnosť užívateľa: 150 kg

Veľkosť: 70cm(Š)x32cm(H) 80-105cm(V)
Výška penovej rukoväte k podložnému rámu postele: 52 cm -60 cm
Výška od rámu postele po podlahu 28 cm - 50 cm

Obsah



2 x Postavte sa **2 x nohy** **1 x Rukoväť** **1 x Rám pod posteľ** **1 x brvno** **1 x bezpečnostní pás** **1 x Sieťovaná taška** **2 x Klipy**

Dávam dokopy návod



1 **Pripojte priečnik k dvom stĺpikom na oboch stranách.**

2 **Pripevnite podporný rám spodku postele.**

3 **Stlačte prítlačné kolíky na nohách a vložte nohy do spodných otvorov. Po zastení nohy by ste mali počuť cvaknutie.**

4 **Stlačte prítlačné kolíky na rukoväti a vložte ju do hornej časti. Po zastení rukoviče by ste mali počuť cvaknutie.**

DÔLEŽITÉ: Pravidelne kontrolujte, či sú všetky prítlačné kolíky úplne zaistené a či sú nohy vodorovne a pevne na podlahe.

Inštalácia a nastavenie výšky:

Umiestnite podporenú rukoväť postele medzi matrac a rám postele/taštičkovú pružinu. (Počas inštalácie možno budete musieť vyčistiť matrac). Nastavte rukoväť a nohy do pohodlnej výšky. Pred použitím sa uistite, že je výrobok stabilný a obe nohy sú vodorovne na podlahe.

Posledný krok: Pridajte drevený vrecko. Prehoďte bezpečnostný pás dížďám na nosnom rámu a druhý koniec pripevnite k rámu postele. Bezpečne utiahnite bezpečnostný pás.